

Patient

Vor-/Nachname: Laura Sophie Wassermann
Straße/Hausnr.: Perlstr. 12
PLZ: 30823 Ort: Garbsen
Tel.: Geb dat.: 23.09.2008

Hausarzt

Dr. Irene Diegritz-Qaiyumi
Langenhagen

Gerät

Typ	Hersteller	Modell	S/N.	Impl.
SM	Medtronic	Adapta L ADDRL1	NWE020151	21.12.2015
RA	Medtronic		Unbekannt	
RV	Medtronic		Unbekannt	
LV				

Nachsorgeuntersuchung

Untersuchungsdaten					
Datum der Nachsorge	15.12.2023 14:59	09.06.2023 15:07	11.11.2022 14:39	06.05.2022 13:51	05.11.2021 15:28
Datum der nächsten Nachsorge					
Name des Arztes	Krause	Krause	PD Dr. Krause	Dr. Krause	
Messwerte - Elektroden					
Reizs. Ampl. (RA/RV/LV) [V]	0,500/1,500/	0,500/1,750/	0,500/1,750/	0,500/1,500/	0,500/1,750/
Reizs. Dauer (RA/RV/LV) [ms]	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/
Wahr. Schw. (RA/RV) [mV]	2,00 - 2,80/22,40 - 31,36	/22,40 - 31,36	/22,40 - 31,36	2,00 - 2,80/22,40 - 31,36	2,00 - 2,80/22,40 - 31,36
Impedanz (RA/RV/LV/HV/SVC) [Ohm]	612/949///	621/1030///	590/867///	612/895///	592/840///
Batteriedaten					
Verbl. Laufzeit [Jahre] min.				3,8	4,5
Batterie Spannung [V]	2,77	2,77	2,78	2,78	2,78
Batterie Impedanz [Ohm]	1177	1045	860	756	604
Status/ERI [V]/RRT [V]	OK//	OK//	OK//	OK//	OK//
Magnetfrequenz [/min]					
Stimulation					
Stim.-Anteil (RA/RV/LV/VP) [%]	100/0,1//	100/0,1//	100/0,1//	100/0,1//	90,7/0,1//
Parameter - Gerät					
Betriebsart	AAIR<=>DDDR	AAIR<=>DDDR	AAIR<=>DDDR	AAIR<=>DDDR	AAIR<=>DDDR
Interventionsfrequenz [/min]	60	60	70	70	70
Max. Synchronfrequenz [/min]	130	130	130	130	130
Hysteresefrequenz [/min]					
Ruhefrequenz [/min]	Aus	Aus	Aus	Aus	Aus
Max. Sensorfrequenz [/min]	130	130	130	130	130
Mode Switch	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
Sensor (Ein/Aus/Passiv)	Ein	Ein	Ein	Ein	Ein
Parameter - Elektroden					
Amplitude (RA/RV/LV) [V]	2,000/3,500/	2,000/3,500/	2,000/3,500/	2,000/3,500/	2,750/3,500/
Dauer (RA/RV/LV) [ms]	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/	0,40/0,40/
Empfindlichkeit [mV]	0,50/5,60/	0,50/5,60/	0,50/5,60/	0,50/5,60/	0,50/5,60/